ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Лаборатория государственного бюджетного учреждения Ярославской области "ЦЕНТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21OB74

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 150033, РОССИЯ, Ярославская область, г Ярославль, проезд Шавырина, дом 24.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

150033, РОССИЯ, Ярославская область, г Ярославль, проезд Шавырина, дом 24.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ Р 57165;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)	Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация общего содержания цинка	- от 0,0050 до 0,50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Массовая концентрация общего содержания свинца	- от 0,0030 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания меди	- от 0,0010 до 0,50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания кальция	- от 0,010 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Массовая концентрация общего содержания железа	- от 0,050 до 0,50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания алюминия	- от 0,010 до 0,50 (мг/дм³)
3.2.	ГОСТ Р 57165;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация общего содержания цинка	- от 0,0050 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Массовая концентрация общего содержания хрома	- от 0,0010 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания титана	- от 0,0010 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания стронция	- от 0,0010 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Массовая концентрация общего содержания серебра	- от 0,0050 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания селена	- от 0,0050 до 0,050 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания свинца	- от 0,0030 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Массовая концентрация общего содержания олова	- от 0,0050 до 0,50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания никеля	- от 0,0010 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания натрия	- от 1,0 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Массовая концентрация общего содержания мышьяка	- от 0,0050 до 0,20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания молибдена	- от 0,0010 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания меди	- от 0,0010 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Массовая концентрация общего содержания марганца	- от 0,0010 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания магния	- от 0,50 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания лития	- от 0,010 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Массовая концентрация общего содержания кремния	- от 0,050 до 5,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания кобальта	- от 0,0010 до 0,50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания кальция	- от 0,010 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Массовая концентрация общего содержания калия	- от 1,0 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания кадмия	- от 0,00010 до 0,050 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания железа	- от 0,050 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Массовая концентрация общего содержания бора	- от 0,010 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания бериллия	- от 0,00010 до 0,50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего содержания бария	- от 0,0010 до 5,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Массовая концентрация общего содержания алюминия	- от 0,010 до 50,0 (мг/дм³)
3.3.	ГОСТ 33045, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	- от 0,100 до 300 (мг/дм³)
3.4.	ГОСТ 33045, метод А;Расчетный метод;расчетный метод	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация азота аммонийного	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	ГОСТ 31869, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация аммония	- от 0,50 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария	- от 0,050 до 5,0
					Массовая концентрация калия	- от 0,50 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Массовая концентрация кальция	- от 2,00 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лития	- от 0,015 до 2,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния	- от 2,00 до 2500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Массовая концентрация натрия	- от 2,00 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция	- от 0,50 до 50,0 (мг/дм³)
3.6.	ГОСТ 31869, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация аммония	- от 0,50 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация бария	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия	- от 0,50 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция	- от 0,50 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация лития	- от 0,015 до 2,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния	- от 0,250 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия	- от 0,50 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация стронция	- от 0,50 до 50,0 (мг/дм³)
3.7.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	- от 0,025 до 10,0 (мг/дм³)
3.8.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Сточные воды ;	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97, амперометрический метод;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 0,500 до 1000 (мгO_2/дм^3)
3.10.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Взвешенные вещества	- от 3,0 до 5000 (мг/дм^3)
3.11.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1,0 до 12,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	ГОСТ 31957, метод А.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Свободная щелочность	- от 0,100 до 100 (ммоль/дм³)
					Общая щелочность	- от 0,100 до 100 (ммоль/дм³)
3.13.	ГОСТ 31957, метод А.2;Расчетный метод;расчетный метод	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация карбонатов	- от 6,0 до 6000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.					Массовая концентрация гидрокарбонатов	- от 6,1 до 6100 (мг/дм³)
3.14.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Железо (Fe) (общее)	С учетом разбавления: - от 0,050 до 10,0 (мг/дм³) от 10,0 до 150 (мг/дм³)
3.15.	ГОСТ 31954, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Жесткость общая	- от 0,10 до 30,0 (°Ж)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	НД 1.22-2004 (ФР 1.31.2015.20112);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация жиров	- от 1,0 до 10000 (мг/дм³)
3.17.	НД 1.22-2004 (ФР 1.31.2015.20112);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация жиров	- от 1,0 до 25,0 (мг/дм³)
3.18.	ГОСТ Р 57164, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;нефелометрический	Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Мутность	- от 1,0 до 100 (ЕМФ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	ГОСТ Р 57164, п.6;Расчетный метод;расчетный метод	Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Мутность (по каолину)	Расчетный показатель: -
3.20.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Химические испытания, физико-химические испытания;Турбидиметрический	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Мутность	- от 1,0 до 100 (ЕМФ)
3.21.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Расчетный метод;расчетный метод	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Мутность (по каолину)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.	ПНД Ф 14.1:2.247-07;Химические испытания, физико-химические испытания;Нефелометрический	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества (НПАВ)	- от 0,10 до 20,0 (мг/дм³)
3.23.	ПНД Ф 14.1:2.116-97;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 50,0 до 1000 (мг/дм³)
3.24.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,0050 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18;Химические испытания, физико-химические испытания;Капиллярный электрофорез	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,50 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторид-ионов	- от 0,100 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,250 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,50 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,200 до 15,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,200 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	ГОСТ 33045, метод Д;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация нитратов	- от 0,100 до 200 (мг/дм³)
3.27.	ГОСТ 33045, метод Д;Расчетный метод;расчетный метод	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация нитратов азота	Расчетный показатель: -
3.28.	ГОСТ 33045, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация нитритов	- от 0,0030 до 30,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.	ГОСТ 33045, метод Б;Расчетный метод;расчетный метод	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация нитритов азота	Расчетный показатель: -
3.30.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
3.31.	Руководство по эксплуатации ВР29.00.000-02РЭ, Анализатор растворённого кислорода МАРК-302М.;Инструментальный метод;инструментальный метод	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Растворённый кислород	- от 0 до 20,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.	Руководство по эксплуатации ВР47.00.000-02РЭ, Анализатор растворённого кислорода МАРК-303М.;Инструментальный метод;инструментальный метод	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Растворённый кислород	- от 0 до 20,00 (мг/дм³)
3.33.	М 01-55-2016 (ФР.1.31.2016.25159), метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Природные воды ;	-	-	Массовая концентрация ртути	- от 0,0100 до 5,00 (мкг/дм³)
3.34.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Сухой остаток	- от 5,0 до 35000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация летучих фенолов	- от 0,00050 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общих фенолов	- от 0,00050 до 25,0 (мг/дм³)
3.36.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация общих фенолов	- от 0,00050 до 0,050 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Массовая концентрация летучих фенолов	- от 0,00050 до 0,050 (мг/дм³)
3.37.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,020 до 0,50 (мг/дм³)
3.38.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	С учетом разбавления: - от 0,020 до 0,50 (мг/дм³) от 0,50 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,050 до 80,0 (мг/дм³)
3.40.	ГОСТ 31859;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Природные воды ;	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	С учетом разбавления: - от 10,0 до 800 (мгО/дм³) от 800 до 2000 (мгО/дм³)
3.41.	ГОСТ 31859;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Сточные воды ;	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	С учетом разбавления: - от 10,0 до 800 (мгО/дм³) от 800 до 40000 (мгО/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.	ГОСТ 31859;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Питьевая вода ;	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 10,0 до 800 (мгО/дм³)
3.43.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Хлор общий / Хлор остаточный активный	- от 0,050 до 5,00 (мг/дм³)
3.44.	ГОСТ 18190, п. 2-3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ;	-	-	Хлор активный / хлор остаточный суммарный	- от 0,30 до 5,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.					Хлор остаточный свободный	- от 0,30 до 5,00 (мг/дм³)
3.45.	ГОСТ 18190, п. 2-3;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода ;	-	-	Хлор хлораминовый / хлор остаточный связанный	Расчетный показатель: -
3.46.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация хлоридов	- от 10,0 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	ГОСТ 31868, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Цветность	- от 1,0 до 200 (Градус цветности)
3.48.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2025;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Цветность	- от 10,0 до 500 (градус цветности)
3.49.	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация цианидов	- от 0,010 до 0,40 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	ГОСТ Р 59024;Отбор проб;отбор проб	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ; Вода дистиллированная ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.51.	ГОСТ Р 56237;Отбор проб;отбор проб	Питьевая вода ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.52.	ПНД Ф 12.15.1-08;Отбор проб;отбор проб	Сточные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.	ГОСТ Р ИСО 15587-2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Природные воды ; Сточные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
3.54.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)	Почва ; Отходы ;	-	-	Массовая доля (валовое содержание) олова	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) цинка	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Массовая доля (валовое содержание) хрома	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) фосфора	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) свинца	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Массовая доля (валовое содержание) никеля	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) натрия	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) мышьяка	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Массовая доля (валовое содержание) молибдена	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) меди	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) марганца	- от 0,10 до 500000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Массовая доля (валовое содержание) магния	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) кобальта	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) кальция	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Массовая доля (валовое содержание) калия	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) кадмия	- от 0,050 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) железа	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Массовая доля (валовое содержание) алюминия	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм алюминия	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм железа	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Массовая доля кислоторастворимых форм кадмия	- от 0,050 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм калия	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм кальция	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Массовая доля кислоторастворимых форм кобальта	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм магния	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм марганца	- от 0,10 до 500000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Массовая доля кислоторастворимых форм меди	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм молибдена	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм мышьяка	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Массовая доля кислоторастворимых форм натрия	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм никеля	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм олова	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Массовая доля кислоторастворимых форм свинца	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм фосфора	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм хрома	- от 0,10 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Массовая доля кислоторастворимых форм цинка	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
3.55.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 ;Химические испытания, физико-химические испытания;Капиллярный электрофорез	Почва ;	-	-	Массовая доля водорастворимых форм натрия	- от 2,00 до 20000 (мг/кг ($млн^{-1}$))
					Массовая доля водорастворимых форм магния	- от 1,00 до 10000 (мг/кг ($млн^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.					Массовая доля водорастворимых форм кальция	- от 2,00 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля водорастворимых форм калия	- от 2,00 до 20000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля водорастворимых форм аммония	- от 2,00 до 20000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.56.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Почва ;	-	-	Массовая доля бенз(а)пирена	- от 0,0050 до 2,00 (мг/кг (млн$^{-1}$))
3.57.	ГОСТ 26424;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почва ;	-	-	Бикарбонат-ион(водная вытяжка)/Гидрокарбонат-ион (водная вытяжка)/Гидрокарбонаты (водная вытяжка)	- от 0,3 до 10,0 (ммоль/100 г почвы) от 0,018 до 0,61 (%)
					Карбонат-ион (водная вытяжка)/Карбонаты (водная вытяжка)	- от 0,5 до 10,0 (ммоль/100 г почвы) от 0,015 до 0,30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почва ; Отходы ;	-	-	Влага / Влажность	- от 0,050 до 99,0 (%)
3.59.	ГОСТ 28268, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почва ;	-	-	Влажность	- от 0,10 до 99,0 (%)
3.60.	ГОСТ 26423;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Почва ;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1,0 до 12,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	ГОСТ 26483;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Почва ;	-	-	pH солевой вытяжки по методу ЦИНАО/Водородный показатель (Солевая вытяжка)/pH (солевая вытяжка)	- от 1,0 до 12,0 (ед. pH)
3.62.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Отходы ;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1,0 до 12,0 (ед. pH)
3.63.	ПНД В МСУ Г 6-036-09 (ФР.1.28.2014.18580);Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Отходы ;	-	-	Массовые доли (составные части) компонентов проб твердых отходов/Морфологический состав	- от 0,010 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	ПНД Ф 16.3.55-2024;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Отходы ;	-	-	Морфологический состав	- от 0,025 до 100 (%)
3.65.	ПНД Ф 16.1:2.21-98;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Почва ;	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	- от 5,0 до 20000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,0050 до 20,0 (мг/г)
3.66.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Почва ;	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	- от 20,0 до 50000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,020 до 50,0 (мг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Отходы ;	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	- от 0,020 до 100 (%)
3.68.	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10;Химические испытания, физико-химические испытания;Капиллярный электрофорез	Почва ;	-	-	Массовая доля водорастворимых форм хлорид-ионов	- от 3,00 до 20000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля водорастворимых форм фосфат-ионов	- от 3,00 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.					Массовая доля водорастворимых форм сульфат-ионов	- от 3,00 до 20000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля водорастворимых форм нитрат-ионов	- от 3,00 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
3.69.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Почва ; Отходы ;	-	-	Массовая доля нитритного азота	С учетом разбавления: - от 0,037 до 0,56 (мг/кг) от 0,56 до 5,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.	ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013, способ 1;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ;	-	-	Массовая доля ртути общей	- от 0,0050 до 10,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
3.71.	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03;Отбор проб;отбор проб	Почва ; Отходы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.72.	ГОСТ 17.4.3.01;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	ГОСТ 17.4.4.02;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.74.	ФР.1.39.2007.03223, метод прямого счёта клеток водорослей в камере Горяева;Биологические методы;Биологический	Природные воды ; Сточные воды ; Почва ; Отходы ;	-	-	Острая токсичность	наличие/отсутствие - -
					Относительное изменение численности клеток водорослей по сравнению с контролем	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.					Безвредная кратность разбавления	- от 1 до 10000
3.75.	ФР.1.39.2007.03221;Биологические методы;Биологический	Природные воды ; Сточные воды ; Почва ; Отходы ;	-	-	Острая токсичность	наличие/отсутствие -
					Безвредная кратность разбавления	- от 1 до 10000

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Процент погибших цериодафний тест-объект - Ceriodaphnia affinis	- от 0 до 100 (%)
3.76.	СП 2.1.7.1386-03;Расчетный метод;расчетный метод	Отходы ;	-	-	Класс опасности отхода	- от 1 до 4
3.77.	Газоанализаторы многокомпонентные «Полар» и «Полар Универсал». Руководство по эксплуатации ПЛЦК.413411.004-01 РЭ, Ver.2017-1.2;Инструментальный метод;инструментальный метод	Промышленные выбросы ;	-	-	Азота диоксид	- от 24,0 до 500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.					Азота оксид	- от 20,0 до 2000 (мг/м³)
					Сумма оксидов азота в пересчете на диоксид азота	- от 32,0 до 3550 (мг/м³)
					Диоксид серы / Сернистый ангидрид	- от 60,0 до 5000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.					Оксид углерода	- от 24,0 до 5000 (мг/м³)
					Температура газов	- от 0 до плюс 800 (˚С)
3.78.	Газоанализатор «Геолан-1П». Руководство по эксплуатации СДЦА 413214.001.000 РЭ. (ТУ 4215-001-69737582-2014);Инструментальный метод;инструментальный метод	Атмосферный воздух ; Промышленные выбросы ;	-	-	Углерода оксид	- от 0,1 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.					Диоксид серы / Сернистый ангидрид	- от 0,100 до 20,0 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,1 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.					Фтороводород / Фторид водорода / Фтористый водород / Гидрофторид	- от 0,100 до 10,0 (мг/м³)
					Синильная кислота / Циа́нистоводородная кислота / Цианистый водород / Гидроцианид	- от 0,100 до 3,00 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,2 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.					Озон	- от 0,02 до 2,00 (мг/м³)
3.79.	Газоанализатор портативный «ЭКОЛАБ» Руководство по эксплуатации ЕКМР 413322.001 РЭ. Паспорт ЕКМР 413322.001 ПС.;Инструментальный метод;инструментальный метод	Атмосферный воздух ; Промышленные выбросы ;	-	-	Озон	- от 0,015 до 2,00 (мг/м³)
					Углеводороды С6-С10 (по гексану)	- от 30,0 до 6000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.					Углеводороды С1-С5 (по метану)	- от 25,0 до 140000 (мг/м³)
					Этанол	- от 2,50 до 20000 (мг/м³)
					Хлорводород / Хлорид водорода / Гидрохлорид / Хлористый водород	- от 0,050 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.					Фтороводород / Фторид водорода / Фтористый водород / Гидрофторид	- от 0,0025 до 10,0 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,0015 до 10,0 (мг/м³)
					Стирол / Винилбензол / Этенилбензол	- от 0,0010 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.					Сероводород / Дигидросульфид	- от 0,0040 до 200 (мг/м³)
					Пропан	- от 5,0 до 2000 (мг/м³)
					Оксид углерода / Угарный газ	- от 1,50 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.					Метилмеркаптан	- от 0,0030 до 16,0 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,25 до 100 (мг/м³)
					Метан	- от 25,0 до 140000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.					Ксилол / о,м,п-ксилолы (суммарно) / 1,2-диметилбензол, 1,3-диметилбензол, 1,4-диметилбензол (суммарно)	- от 0,10 до 1000 (мг/м³)
					Диоксид углерода	- от 1950 до 180000 (мг/м³)
					Диоксид серы / Сернистый ангидрид	- от 0,025 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.					Бутан	- от 100,0 до 6000 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,050 до 100 (мг/м³)
					Бензин	- от 0,75 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.					Ацетон / Пропан-2-он	- от 0,175 до 4000 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,020 до 400 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,030 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.					Азота диоксид	- от 0,020 до 40,0 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,0150 до 20,0 (мг/м³)
3.80.	Serinus 44 газоанализатор оксидов азота и аммиака. Руководство по эксплуатации, технический паспорт (серийный номер 19-0203);Инструментальный метод;инструментальный метод	Атмосферный воздух ;	-	-	Азота диоксид	- от 0,050 до 20,0 (млн⁻¹) от 0,10 до 41,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.					Азота оксид	- от 0,050 до 20,0 (млн$^{-1}$) от 0,070 до 27,0 (мг/м^3)
					Аммиак	- от 0,050 до 20,0 (млн$^{-1}$) от 0,040 до 15,0 (мг/м^3)
3.81.	Serinus 30 Газоанализатор оксида углерода. Руководство по эксплуатации, технический паспорт (серийный номер 19-0153);Инструментальный метод;инструментальный метод	Атмосферный воздух ;	-	-	Оксид углерода	- от 2,0 до 200 (млн$^{-1}$) от 2,5 до 250 (мг/м^3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.	ПНД Ф 13.1:2:3.71-11;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)	Атмосферный воздух ; Промышленные выбросы ;	-	-	Алюминий (Al)	- от 0,00125 до 25,0 (мг/м³)
					Железо (Fe)	- от 0,00125 до 25,0 (мг/м³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,00020 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.					Кобальт (Co)	- от 0,00020 до 5,0 (мг/м³)
					Марганец (Mn)	- от 0,0010 до 10,0 (мг/м³)
					Медь (Cu)	- от 0,00050 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.					Никель (Ni)	- от 0,00050 до 10,0 (мг/м³)
					Свинец (Pb)	- от 0,00050 до 10,0 (мг/м³)
					Хром (Cr)	- от 0,00050 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.					Цинк (Zn)	- от 0,0010 до 10,0 (мг/м³)
3.83.	М 02-14-2007, ФР.1.31.2017.25847;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Атмосферный воздух ;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,00050 до 10,0 (мкг/м³)
3.84.	М 06-09-2015, ФР.1.31.2015.20718;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Промышленные выбросы ;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,010 до 100 (мкг/м³) от 0,10 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.	ПНД Ф 13.1:2:3.77-16, ЕСА-МИ-2-01-01-14, ФР.1.31.2015.19288;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Промышленные выбросы ;	-	-	1,2-Дихлорбензол	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
					1,2-дихлорэтан	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
					1,3,5-триметилбензол / мезитилен	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.					Бензол	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
					Гептан	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
					Декан	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.					Додекан	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
					Изопропилбензол/ кумол/ 2-фенилпропан	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
					Нафталин	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.					Нонан	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
					Октан	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
					Стирол/ винилбензол/ этенилбензол	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.					Тетрахлорэтилен	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
					Толуол/метилбензол	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
					Тридекан	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.					Трихлорэтилен	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
					Ундекан	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
					Хлорбензол	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.					Хлороформ	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.					м,п-ксилолы (суммарно) / 1,3-диметилбензол, 1,4-диметилбензол (суммарно)	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
					о-ксилол / 1,2-диметилбензол	- от 0,0010 до 100 (мг/м³)
3.86.	РД 52.18.801-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ;	-	-	Бензол	- от 0,0040 до 0,440 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.					Метаксилол / м-ксилол / 1,3-диметилбензол	- от 0,0050 до 0,432 (мг/м³)
					Ортоксилол / о-ксилол / 1,2-диметилбензол	- от 0,0040 до 0,440 (мг/м³)
					Параксилол / п-ксилол / 1,4-диметилбензол	- от 0,0040 до 0,431 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.					Толуол / метилбензол	- от 0,0040 до 0,434 (мг/м³)
					Хлорбензол	- от 0,0060 до 0,555 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,0040 до 0,434 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.	М-7 (ФР.1.31.2011.11266);Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Едкие щелочи (аэрозоль)	- от 0,050 до 125 (мг/м³)
3.88.	М-4, ФР.1.31.2011.11270;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Масла (аэрозоль)	- от 0,50 до 50,0 (мг/м³)
3.89.	ГОСТ 33007;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Промышленные выбросы ;	-	-	Запыленность / Взвешенные вещества	- от 1,0 до 10000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.	РД 52.04.893-2020;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Атмосферный воздух ;	-	-	Взвешенные вещества / Пыль / Запылённость	- от 0,15 до 10,00 (мг/м³)
3.91.	Анализаторы ртути РА-915М Руководство по эксплуатации В0100-00-00-00-00 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Атмосферный воздух ;	-	-	Ртуть	- от 20,0 до 20000 (нг/м³)
3.92.	ФР.1.31.2001.00384;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Промышленные выбросы ;	-	-	Сажа (углерод)	- от 1,00 до 50000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.	РД 52.04.831-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Углеродсодержащий аэрозоль (Сажа)	- от 0,030 до 1,80 (мг/м³)
3.94.	М-3 (ФР.1.31.2011.11281);Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация аэрозоля серной кислоты	- от 0,100 до 100 (мг/м³)
3.95.	М-14 (ФР.1.31.2011.11280);Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Фенол/ Гидроксибензол	- от 0,037 до 50,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.	РД 52.04.799-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Фенол / Гидроксибензол	- от 0,0030 до 0,100 (мг/м³)
3.97.	РД 52.04.823-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Формальдегид	- от 0,0100 до 0,200 (мг/м³)
3.98.	Метеостанция автоматическая серии WXT530, модификация WXT536. Руководство пользователя, версия M211840RU-C.;Инструментальный метод;инструментальный метод	Атмосферный воздух ;	-	-	Атмосферное давление	- от 600 до 1100 (гПа) от 60,0 до 110,0 (кПа) от 450 до 825 (мм рт.ст.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Направление ветра / Направление воздушного потока	- от 0 до 360 (градус)
					Относительная влажность воздуха	- от 1,0 до 100 (%)
					Скорость ветра / Скорость воздушного потока	- от 0,20 до 60,0 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Температура воздуха	- от минус 52,0 до плюс 60,0 (˚С)
3.99.	Станция метеорологическая М-49М. Руководство по эксплуатации ЯИКТ.416311.001-02 РЭ;Инструментальный метод;инструментальный метод	Атмосферный воздух ;	-	-	Атмосферное давление	- от 600 до 1073 (гПа) от 60,0 до 107,3 (кПа) от 450 до 805 (мм рт.ст.)
					Направление ветра / Направление воздушного потока	- от 0 до 360 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Относительная влажность воздуха	- от 10,0 до 98,0 (%)
					Скорость ветра / Скорость воздушного потока	- от 0,60 до 60,0 (м/с)
					Температура воздуха	- от минус 50,0 до плюс 50,0 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.	Термогигрометры ИВА-6А, ИВА-6Н. Руководство по эксплуатации ЦАРЯ.2772.001 РЭ;Инструментальный метод;инструментальный метод	Атмосферный воздух ;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 1,0 до 98,0 (%)
					Температура воздуха	- от 0 до плюс 60,0 (˚С)
3.101.	Термометры контактные цифровые ТК-5.09, ТК-5.11. Руководство по эксплуатации. Паспорт.;Инструментальный метод;инструментальный метод	Атмосферный воздух ;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 3,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.					Температура воздуха	- от минус 20,0 до плюс 85,0 (˚С)
3.102.	Термометры контактные цифровые ТК-5.09, ТК-5.11. Руководство по эксплуатации. Паспорт.;Инструментальный метод;инструментальный метод	Промышленные выбросы ;	-	-	Относительная влажность газопылевого потока	- от 3,0 до 100 (%)
					Температура газопылевого потока	- от минус 20,0 до плюс 85,0 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.	Многофункциональный измерительный прибор testo 435-2. Руководство пользователя;Инструментальный метод;инструментальный метод	Атмосферный воздух ;	-	-	Скорость воздуха	- от 0,15 до 20,0 (м/с)
					Температура воздуха	- от минус 20,0 до плюс 70,0 (˚C)
					Относительная влажность воздуха	- от 0,40 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.104.	Многофункциональный измерительный прибор testo 435-2. Руководство пользователя;Инструментальный метод;инструментальный метод	Промышленные выбросы ;	-	-	Скорость газопылевого потока	- от 0,15 до 20,0 (м/с)
					Температура газопылевого потока	- от минус 20,0 до плюс 70,0 (˚С)
					Относительная влажность газопылевого потока	- от 0,40 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.105.	Термоанемометр testo 425. Руководство пользователя;Инструментальный метод;инструментальный метод	Атмосферный воздух ;	-	-	Скорость воздуха	- от 0,15 до 20,0 (м/с)
					Температура воздуха	- от минус 20,0 до плюс 70,0 (˚C)
3.106.	Термоанемометр testo 425. Руководство пользователя;Инструментальный метод;инструментальный метод	Промышленные выбросы ;	-	-	Скорость газопылевого потока	- от 0,15 до 20,0 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.106.					Температура газопылевого потока	- от минус 20,0 до плюс 70,0 (˚С)
3.107.	Термометры цифровое малогабаритные ТЦМ 9410/М1 Руководство по эксплуатации НКГЖ.405591.003РЭ Паспорт НКГЖ.405591.003ПС;Инструментальный метод;инструментальный	Атмосферный воздух ;	-	-	Температура воздуха	- от 0 до плюс 45,0 (˚С)
3.108.	Термометры цифровое малогабаритные ТЦМ 9410/М1 Руководство по эксплуатации НКГЖ.405591.003РЭ Паспорт НКГЖ.405591.003ПС;Инструментальный метод;инструментальный	Промышленные выбросы ;	-	-	Температура газопылевого потока	- от 0 до плюс 600 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.109.	Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01М. Руководство по эксплуатации 5.910.000 РЭ.;Инструментальный метод;инструментальный метод	Промышленные выбросы ;	-	-	Динамическое давление газопылевого потока	- от 0 до 200 (мм вод. ст) от 0 до 2,0 (кПа) от 0 до 2000 (Па)
					Скорость газопылевого потока	- от 2,00 до 30,0 (м/с)
					Статическое давление газопылевого потока	- от 0 до 200 (мм вод. ст) от 0 до 2,0 (кПа) от 0 до 2000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.110.	Трубки напорные модификаций НИИОГАЗ и ПИТО. Руководство по эксплуатации 3.820.000 РЭ;Инструментальный метод;инструментальный метод	Промышленные выбросы ;	-	-	Динамическое давление газопылевого потока	- от 0 до 200 (мм вод. ст) от 0 до 2,0 (кПа) от 0 до 2000 (Па)
					Скорость газопылевого потока	- от 2,00 до 30,0 (м/с)
					Статическое давление газопылевого потока	- от 0 до 200 (мм вод. ст) от 0 до 2,0 (кПа) от 0 до 2000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.111.	ГОСТ 17.2.4.07;Инструментальный метод;инструментальный метод	Промышленные выбросы ;	-	-	Динамическое давление газопылевого потока	- от 20 до 200 (мм вод. ст) от 0,20 до 2,0 (кПа) от 200 до 2000 (Па)
					Статическое давление газопылевого потока	- от 20 до 200 (мм вод. ст) от 0,20 до 2,0 (кПа) от 200 до 2000 (Па)
					Температура газопылевого потока	- от минус 20,0 до плюс 600 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.	ГОСТ 17.2.4.06;Инструментальный метод;инструментальный метод	Промышленные выбросы ;	-	-	Линейные размеры газохода / Линейные размеры вентиляционных систем	- от 0,050 до 5,0 (м)
					Объёмный расход газа / Объёмный расход газопылевого потока	- от 0,00040 до 100 (м³/с)
					Скорость газопылевого потока	- от 0,15 до 30,0 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.113.	РД 52.04.186-89, п.4;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.114.	ПНД Ф 12.1.1-99;Отбор проб;отбор проб	Промышленные выбросы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.115.	ПНД Ф 12.1.2-99;Отбор проб;отбор проб	Промышленные выбросы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.	ГОСТ 23337;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Территории (Селитебные);	-	-	Шум. Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	- от 22 до 139 (дБ)
					Шум. Уровень звука (эквивалентный уровень звука) с частотной коррекцией А	- от 22 до 139 (дБА)
					Шум. Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.	МИ ПКФ-12-006;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Территории (Селитебные);	-	-	Шум. Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Шум. Уровень звука (эквивалентный уровень звука) с частотной коррекцией А	- от 22 до 139 (дБА)
					Шум. Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	- от 22 до 139 (дБ)

Заведующий лабораторией | Подписано электронной подписью | И.В. Калугина

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица